



Come pulire e disinfettare i dispositivi di chiamata infermiere Ascom



I sistemi di chiamata infermiere Ascom, tra cui Telligence e TeleCARE IP, sono progettati per ambienti sanitari ad elevato stress di utilizzo e ambienti di assistenza a lungo termine. Questi dispositivi sono stati testati con diversi metodi e prodotti per la disinfezione e di seguito troverete un elenco di soluzioni che non danneggiano i dispositivi aderendo nel contempo a rigorosi protocolli di pulizia.



Istruzioni per la pulizia

- 1.** Prima di pulire il dispositivo di chiamata infermiere, pulire bene le mani
- 2.** È possibile utilizzare soluzioni di disinfezione liquida o salviette detergenti.
- 3.** Prima di pulire i moduli Ascom Telligence Room e le stazioni Ascom TelliConnect abilitate la Modalità pulizia * per disattivare temporaneamente i pulsanti. Ciò consentirà di pulire il dispositivo senza effettuare accidentalmente una chiamata durante il processo di pulizia. La modalità pulizia si cancella dopo un tempo configurabile (15 secondi è l'impostazione predefinita) e ritorna automaticamente alla normale modalità di avviso del dispositivo.
- 4.** Prima del processo di disinfezione, pre-pulire il dispositivo per rimuovere lo sporco con un panno inumidito (non imbevuto) con un detergente delicato e una soluzione di acqua.
- 5.** Evitare soluzioni di pulizia e disinfezione contenenti componenti idratanti o corrosivi per la pelle.

NOTA: anche se il dispositivo è resistente alle soluzioni presentate nelle pagine seguenti, durante l'uso può assorbire sostanze dalla pelle, dai cosmetici o dagli alimenti. Queste sostanze possono avere un effetto ammorbidente superficiale

* Abilitazione della modalità di pulizia

- Per i moduli Telligence Room, tenere premuto il pulsante "Annulla" per quattro secondi.
- Per le stazioni TelliConnect, premere "Impostazioni" e quindi tocca "Pulisci schermo".

Pulizia dei display touchscreen

Prima di pulire un touchscreen, disattivarlo posizionandolo nella modalità pulizia descritta in precedenza. Utilizzare un panno per la pulizia degli occhiali privo di lanugine o un panno in microfibra. Fibre di tessuto regolari possono creare graffi microscopici sul touchscreen e possono danneggiare nel tempo la capacità di visualizzazione dello schermo.

- Non utilizzare fazzoletti di carta o carta per lenti fotografiche in quanto anche questi sono abrasivi per il touch screen.
- Non spruzzare il touchscreen con alcun liquido. L'elettronica potrebbe essere danneggiata se gocce di umidità penetrano nell'alloggiamento.

Frequenza di pulizia

Pulisci il dispositivo quando lo ritieni necessario. Il risultato finale dipenderà dalle procedure di ciascun utente, per le quali Ascom non si assume alcuna responsabilità.

Pulizia con soluzione di disinfezione liquida

Applicare attentamente la soluzione di disinfezione liquida, utilizzando un panno per la pulizia degli occhiali leggermente inumidito o un panno in microfibra morbido.

È possibile utilizzare le seguenti soluzioni di disinfezione liquida:

SOLUZIONE DI DISINFEZIONE LIQUIDA	Ascom teleCARE modules	Ascom Telligence modules	Ascom Telligence TelliConnect Station	All Ascom bedside handsets including cables
Cidex	X	X	X	X
Medtrol Gluco-Chlor Bleach	X	X	X	X
Staphine	X	X	X	X
Bleach/water solution 10%	X	X	X	X
Virkon S*	X	X		X

*Virkon S non è approvato per i touchscreen Ascom Telligence.

Ricordati di...

... montare la copertura della porta Telligence SafeConnect quando la porta non è in uso, per ridurre al minimo la raccolta e la contaminazione della polvere.

Pulizia con salviette

Applicare attentamente la soluzione di disinfezione evitando uno sfregamento eccessivo durante la pulizia / disinfezione che può causare danni alla superficie del dispositivo.

È possibile utilizzare le seguenti salviette detergenti:

CLEANING WIPE	Ascom teleCARE modules	Ascom Telligence modules	Ascom Telligence TelliConnect Station	All Ascom bedside handsets including cables
PDI Sani-Cloth Plus (Red)	X	X	X	X
PDI Sani-Cloth Bleach (Orange)	X	X	X	X
PDI Sani-Cloth HB (Green/blueish)	X	X	X	X
PDI Sani-Cloth AF3 (Gray)	X	X	X	X
PDI Sani-Cloth AF (White)	X	X	X	X
Clorox Disinfecting Wipes (bleach free)	X	X	X	X
Clorox Germicidal Wipes	X	X	X	X
CaviWipes and CaviWipes XL	X	X	X	X
Dispatch Disinfectant Wipes	X	X	X	X
ECOLAB Asepti-Wipe II	X	X	X	X

Avvertenza: non immergere o usare acqua nebulizzata per pulire l'apparecchiatura.

Ascom UMS srl unip.
Via Ponchielli 29
Scandicci (FI)
Italia
it.info@ascom.com
ascom.com/it

Il risultato finale dipenderà dalle procedure di ciascun utente, per le quali Ascom non può assumersi la responsabilità. Anche se il dispositivo è resistente alle soluzioni elencate a pagina 2 e 3, può assorbire sostanze ad es. cosmetici o alimenti durante l'uso. Queste sostanze possono avere un effetto ammorbidente sulla superficie che lo renderà più sensibile all'abrasione. Tutte le soluzioni Ascom potrebbero non essere disponibili in determinati Paesi